



## **Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS**

### **RETIRADA DEL MERCADO DEL LOTE 2840420107 DE LENTES DE CONTACTO 1-DAY ACUVUE® MOIST, FABRICADAS POR JOHNSON & JOHNSON VISION CARE INC., EEUU**

Fecha de publicación: 22 de diciembre de 2017

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD  
Referencia: PS, 25/2017

***La AEMPS informa de la retirada del mercado del lote 2840420107 de lentes de contacto 1-DAY ACUVUE® MOIST, fabricadas por Johnson & Johnson Vision Care Inc., EEUU, debido a la posible decoloración de la lente y a la presencia de pequeñas partículas en el paquete blíster de la lente de contacto.***

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha sido informada por la empresa Johnson & Johnson Vision Care, que como medida preventiva, va a llevar a cabo la retirada del mercado del lote de lentes de contacto 2840420107 1-DAY ACUVUE® MOIST.

Esta medida se lleva a cabo tras la recepción de un número limitado de informes que refieren una decoloración de la lente y presencia de pequeñas partículas en el paquete blíster de la lente de contacto. La compañía indica que la presencia de estas partículas se asocia a un posible riesgo bajo de arañar la córnea, si bien, no ha recibido información de ningún efecto adverso.

Las lentes de contacto esféricas de marca 1-DAY ACUVUE® MOIST están diseñadas para la corrección de ametropía refractiva (miopía e hipermetropía).

Estos productos se distribuyen en España a través de la empresa Johnson & Johnson Medical Iberia sita en Paseo de las Doce Estrellas 5-7, Campo de las Naciones, 28042 Madrid.

#### **SITUACION ACTUAL EN ESPAÑA**

La empresa ha enviado una Nota de Aviso para informar del problema detectado a los profesionales sanitarios de los establecimientos de óptica de nuestro país que disponen del lote afectado, en la que se incluyen las acciones a seguir para proceder a su retirada.



## PRODUCTOS AFECTADOS

Nombre de la marca	Especificaciones del producto Curva Base (BC), Potencia	Números de Lote Pack de 30 uds.
1-DAY ACUVUE® MOIST	BC 9.0, -3.75D	2840420107

## RECOMENDACIONES

### a) Profesionales sanitarios de los establecimientos de óptica

Si dispone en su establecimiento del lote de las lentes de contacto 1-DAY ACUVUE® MOST anteriormente referenciado, retire los productos de la venta y contacte con la empresa para su devolución.

### b) Pacientes

Si usted es usuario de las lentes de contacto 1-DAY ACUVUE® MOIST y dispone del lote anteriormente referenciado,

1. No utilice las lentes y contacte con la óptica donde adquirió las lentes para su devolución y reemplazo.
2. Si experimenta molestias en los ojos contacte con su médico.

Si sus lentes no se corresponden con el número de lote citado, no le afecta esta nota de seguridad.

## DATOS DE LA EMPRESA

Johnson & Johnson Medical Iberia  
Paseo de las Doce Estrellas, 5-7  
Campo de las Naciones  
28042 Madrid  
Teléfono 900 22 84 00  
[www.acuvue.es](http://www.acuvue.es)