

## La AEMPS informa de la retirada del mercado de determinadas medias de compresión y vendajes fabricados por Bauerfeind AG

# NOTA DE SEGURIDAD

Fecha de publicación: 23 de agosto de 2024

Categoría: productos sanitarios, seguridad

Referencia: PS, 37/2024

Determinados modelos y números de artículo de estos productos podrían contener virutas metálicas adheridas, que podrían friccionar con la piel durante su uso

La Agencia establece una serie de recomendaciones de cómo actuar para pacientes, farmacias y ortopedias

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través del fabricante Bauerfeind AG, Alemania, de la retirada del mercado de determinados modelos y números de artículo de medias de compresión y vendajes. De acuerdo con la información facilitada por la empresa, existe la posibilidad de que se hayan introducido virutas metálicas en algunos de estos productos que podrían dañar la piel de la persona usuaria durante su uso.

Las medias de compresión están diseñadas para el tratamiento de trastornos venosos como las varices, mientras que los vendajes alivian el dolor e inmovilizan articulaciones.

Los productos afectados han sido distribuidos en España por Bauerfeind Iberica S.A. (Calle San Vicente Martir 71, 4º-7ª. 46007, Valencia).

### Situación actual en España

La empresa está enviando una [nota de aviso](#) a las farmacias y ortopedias a las que se han suministrado las medias de compresión y los vendajes para informarles del problema identificado y de la retirada del mercado de los mismos.

### Productos afectados

#### Modelos de medias de compresión venosa

b:joynz

VenoTrain curaflow Arm

VenoTrain curaflow Bein

VenoTrain discrétion

VenoTrain impuls

VenoTrain micro

VenoTrain pure

VenoTrain soft

VenoTrain soft S



## Vendajes estabilizadores


GenuTrain, para la rodilla



LumboTrain, para la zona lumbar



OmoTrain y OmoTrain S, para el hombro



Ver el [listado](#) en el que se incluye el nombre y la referencia de los productos afectados.



### Información para pacientes

En el caso de disponer de alguna de las medias o los vendajes que aparecen en el apartado de “productos afectados”, deje de utilizarlos.

Contacte con la farmacia o la ortopedia donde los adquirió para proceder a su devolución.



### Información para farmacias y ortopedias

Si dispone en su establecimiento de las medias de compresión y vendajes mencionados en el apartado de “productos afectados”, cese su venta y contacte con su distribuidor para proceder a su devolución.

Si ha vendido alguno de los productos afectados, contacte con los pacientes a los que se los haya vendido para informarles del problema detectado y para que realicen la devolución de los mismos.

## Datos de la empresa distribuidora

Bauerfeind Iberica S.A.

Calle San Vicente Martir 71, 4º-7ª

46007, Valencia

Teléfono: [963 856 633](tel:963856633)

Correo electrónico: [info@bauerfeind.es](mailto:info@bauerfeind.es)



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.